

 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Klinisk Biokemisk Afdeling	Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. U-Cannabiol			Niveau: DAT	
	Dokumentbrugere: KBA	Redaktør: PBJ	Dokumentansvarlig: Specialana	Dokumentnummer: DAT 13. 2. 3.01	

IUPAC kode og navn	NPU08957 U-Cannabinoid; arb.k.(0 1 2) = ?		
LABKA II kode	Rekvirer UUCANSC, som er en automatisk udredning, hvor UCANSC (<i>screeningsanalyse</i>) er blevet erstattet af UCANKO = U-Tetrahydrocannabinol(<i>konfirmatorisk analyse</i>), NPU29750		
Akkrediteret	Nej		
Udførelse og svartider	2 gange / uge		
Patientforberedelse	Prøven bør så vidt muligt afgives under opsyn for herved at minimere risikoen for manipulation af prøven		
Indikation	Misbrug		
	Interne rekvirenter (BBH & FRH)	Eksterne rekvirenter	Praksis
Emballage	Gul6,5G	Gul6,5G	Gul6,5G
Prøvemateriale	Urin minimum 2 mL	Urin minimum 2 mL	Urin minimum 2 mL
Holdbarhed	5 dage ved stuetemperatur. 1 måned på køl.	Ved modtagelse samme dag: Ingen forholdsregler. 5 dage ved stuetemperatur. 1 måned på køl.	Ved modtagelse samme dag: Ingen forholdsregler.
Forsendelse	Intern transport	Ingen særlige forholdsregler	Region H's transportordning ved 21 °C
Analysested	Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling		
Enhed	-		
Svarformat	-		
Referenceinterval	-		
Beslutningsgrænse / cut-off	-		
Detektionstid	-		
Handels-/trivial-/andre navne	Marihuana, hash, skunk, pot		

Analysemetode	-
Apparatur	-
Sporbarhed	-
Intern kvalitetskontrol	-
Ekstern kvalitetskontrol	-
Præcision	-
Specificitet /interferens	-
Bemærkninger	<p>Urin-Kreatinin anvendes som indikator for hvorvidt der er manipuleret med prøven. Dersom kreatininkoncentrationen i prøven er meget lav, tyder det på en fortynding – enten ved tilsætning af vand til prøven eller ved ekstraordinært væskeindtag før prøveafgivelse. Prøver med urin-kreatinin < 2 mmol/L vil ikke blive analyseret</p> <p>Klinisk Biokemisk Afdeling gør opmærksom på, at resultatet af screeningsanalyser for misbrugsstoffer ikke er juridiske gyldige.</p>

Referencer

Ændringsblad

Dato		Initialer
2015-09-16	Analysenavn ændret, bemærkning tilføjet	DH
2016-05-30	Fjernet UCANUDR	DH, CMJ
2016-12-21	Emballage ændret	KB
2017-01-20	Ekstern kontrol ændret	KB
2018-02-01	Adresse på analysested slettet	TSR/DJ
2020-01-24	Screening er blevet nedlagt og alt køres nu som konfirmatorisk. Ref liste opdateret	PBJ

Styrede dokumentudskrifter:

1 - Hjemmeside, BFH